

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-20
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- 1. NAZIV, SJEDIŠTE I OIB NARUČITELJA:** Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21 000 Split, 54948902275
- 2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** 15-20
- 3. PREDMET NABAVE:** Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence
- 4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:** 26. 10. 2020.
- 5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:** 2. 11. 2020.
- 6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK:** sastanak nije održan
- 7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU:**

1. zahtjev

Vezano uz Prethodno savjetovanje za otvoreni postupak javne nabave ev. broj 15-20, predmet nabave: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence, molimo Vas da, u svrhu ravnopravnog nadmetanja, uvažite sljedeće primjedbe:

1. Sukladno zakonskim propisima i Pravilniku HALMED-a, molimo Vas da za uređaj koji se dostavlja u najam, postavite CE-IVD zahtjev, obzirom na namjenu spomenutih uređaja u „dijagnostičke svrhe“. Na taj način sprječila bi se nelojalna konkurenca, obzirom da su se pojavili uređaji na našem tržištu koji su deklarirani kao „For Research Use Only“, a nude se u dijagnostičke svrhe.
2. Molimo da se kao obavezan uvjet traži dokaz da su testovi izvalidirani na uređaju koji se daje u najam te podaci o limitima detekcije (LoD) na ponuđenom uređaju za svaki od ciljnih gena po vrstama pojedinih uzoraka (bris, iskašljaj).
Prema našim iskustvima, ukoliko testovi nisu izvalidirani na ponuđenim uređajima, ponuđači nisu u mogućnosti precizirati limit detekcije testa obzirom na razlike između uređaja (brzina promjene temperature, temperaturni gradijent, vrsta optičkog sustava itd.) što u konačnici može dovesti do značajno manje osjetljivosti testa. U načelu, svi su testovi kompatibilni sa pojedinim „otvorenim“ real-time PCR sistemima, ali radi već spomenutih razlika u uređajima, osjetljivost može značajno varirati za što dostavljamo dokaz u prilogu.
3. Molimo Vas da omogućite dodatno bodovanje testova koji imaju veću osjetljivost testa s obzirom na ciljnu sekvencu gena, na PCR uređaju na kojem se provodi amplifikacija ciljnih sekvenči.
4. Molimo Vas da omogućite dodatno bodovanje kapaciteta PCR uređaju koji se nudi u najam, na temelju mogućeg broja analiziranih testova.

Odgovor: Ne prihvaćamo zahtjeve jer smo naveli sve što smo smatrali važnim te smo željeli omogućiti što većem broju gospodarskih subjekata dostavljanje ponude.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-20
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

2. zahtjev:

Molimo pojašnjenje/izmjenu dokumentacije o nabavi kako slijedi.

VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA:

*Ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njegove valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, u obliku **bankarske garancije** koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv naručitelja u iznosu od: 36.740,00 kuna za Grupu 1, 42.430,00 kuna za Grupu 2, 5.830,00 kuna za Grupu 3, 24.000,00 kuna za Grupu 4, 100.000,00 kuna za Grupu 5 i 72.000,00 kuna za Grupu 6. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.*

Odabran ponuditelj je obvezan najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje će naručitelj naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza. Jamstvo mora biti u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv naručitelja u iznosu od : 36.740,00 kuna za Grupu 1, 42.430,00 kuna za Grupu 2, 5.830,00 kuna za Grupu 3, 24.000,00 kuna za Grupu 4, 100.000,00 kuna za Grupu 5 i 72.000,00 kuna za Grupu 6, s rokom valjanosti najmanje 30 dana od dana proteka ugovornog razdoblja.

Neovisno o određenom sredstvu jamstva ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu na IBAN HR3823400091100180529.

U okviru predviđenog jamstva za ozbiljnost ponude te jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, kao sredstvo osiguranja predviđeno je davanje bankarske garancije te alternativno davanje novčanog pologa za svaku grupu u traženom iznosu.

Uzimajući u obzir visoke troškove koje ova vrsta jamstva zahtjeva, molimo Vas da dozvolite i druge oblike jamstva koji u jednakoj mjeri pružaju zaštitu, a s druge strane ipak ne predstavljaju visoke troškove ponuditeljima, naročito kada se radi o više grupa predmeta nabave za koje je ponuditelj zainteresiran.

Radi omogućavanja ravnopravnog sudjelovanja svih zainteresiranih ponuditelja u nadmetanju i smanjivanju troška ponuditeljima na razuman nivo, predlažemo propisivanje mogućnosti davanja jamstva **u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice solemnisirane kod javnog bilježnika**, budući da ona predstavlja vrlo sigurno i učinkovito sredstvo osiguranja.

Zadužnica je isprava na kojoj je javno ovjerovljen potpis dužnika kojom dužnik daje suglasnost da se radi naplate tražbine određenog vjerovnika zaplijene njegovi računi ili svi računi koje ima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa i da se novac s tih računa, u skladu s njegovom izjavom izravno isplaćuje vjerovniku, Takva isprava ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja radi naplate.

S obzirom na to da zadužnica kao sredstvo osiguranja naplate tražbine i kao sredstvo ovrshe na računima dužnika s učincima pravomoćnog rješenja o ovrsi predstavlja vrlo učinkovito sredstvo osiguranja, molimo Vas da postupite u skladu s našim traženjem te da dozvolite *davanje jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno ispunjenje u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice solemnisirane kod javnog bilježnika, kao i dostavu zbirnog jamstva ukoliko ponuditelj nudi više od jedne grupe predmeta nabave da može dostaviti jednu zadužnicu za sve grupe za koje podnosi ponudu.*

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-20

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Odgovor: Prihvaćamo Vaš zahtjev kako bismo ponuditeljima smanjili troškove, promijenit ćemo oblik jamstva u bjanko zadužnicu te ćemo dozvoliti dostavu zbirnog jamstva ako ponuditelj dostavlja ponude za više grupa.

3. zahtjev:

Molimo pojašnjenje nacrta dokumentacije o nabavi reagensa za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence.

1. U napomenama troškovnika grupe 4. Reagensi za detekciju 2 gena koronavirusa (COVID-19) uz najam uređaja i grupe 5. Reagensi za detekciju 3 gena koronavirusa (COVID-19) uz najam uređaja, stoji da odabrani ponuditelj mora snositi sve troškove održavanja, troškove popravaka, troškove rezervnih i potrošnih dijelova te troškove ugradnje za ponuđeni uređaj za vrijeme trajanja ugovora. Znači li to da u cijenu testa mora biti uračunat sav potrošni materijal koji je potreban za provođenje analize tj. mikrotitar ploče, optičke folije, strip tube i sl., na uređaju koji se daje u najam?

Odgovor: Znači da mora biti uračunat materijal za rad uređaja što ćemo dodati u napomenama ispod troškovnika.

4. zahtjev:

1. U grupi predmeta nabave 4- *Reagensi za detekciju 2 gena koronavirusa (COVID-19)* uz najam uređaja, za stavku pod rednim brojem 1 napisali ste da tražite reagense za detekciju 2 gena koronavirusa (COVID-19) u okvirnoj količini od 60000 kom. Molimo vas pojašnjenje navedene stavke, odnosi li se količina od 60 000 kom na oba gena ili se navedena stavka odnosi samo na jedan gen? Ukoliko se stavka 1 odnosi na oba gena, molimo vas da se specificira koliko od ukupno 60 000 kom se odnosi na pojedini gen.

2. U navedenom predmetu nabave *Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence*, predmet nabave ste podijelili na 6 grupa te uz reagense u grupama 4, 5 i 6 tražite i najam uređaja za PCR testiranje. Za nabavu reagenasa za izolaciju i reagenasa za detekciju koronavirusa, potrebna su vam tri izolacijska uređaja te dodatno tri PCR uređaja za detekciju, što je ukupno šest uređaja za koronavirus testiranje.

S obzirom na navedeno, ovim putem slobodni smo ukazati da smo kao ponuditelj u mogućnosti ponuditi vam jedan potpuno automatizirani uređaj za detekciju koronavirusa s integriranom izolacijom nukleinskih kiselina, renomiranog svjetskog proizvođača uređaja za IVD molekularnu dijagnostiku s dugogodišnjim iskustvom. Jedan takav uređaj u potpunosti bi zadovoljio vaše potrebe u vidu broja testiranja i kapaciteta te biste umjesto 6 uređaja (tri uređaja za izolaciju i 3 PCR uređaja) imali centralizirano IVD testiranje koronavirusa na jednom uređaju.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-20

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Navedeno rješenje za vas znači:

- Brže i efikasnije testiranje korona virusa s kontinuiranim dodavanjem uzoraka
- Potpuna automatizacija testiranja
- Ulaganje u budućnost vašeg laboratorija jer uređaj nije namijenjen samo za koronavirus testiranje, već se na navedenom uređaju mogu odrađivati testovi kao što su HIV, HBV, HCV, CMV, HPV, CT/NG i mnogi drugi s obzirom da uređaj nudi mogućnost otvorenog tipa softwarea
- Standardizacija procesa i sljedivost svih uzoraka i rezultata
- Potpuna sigurnost u radu s uređajem, reagensima, potrošnim materijalom i s uzorcima. Uredaj ima potpuno automatiziranu prevenciju kontaminacije što predstavlja jedan od najvažnijih standarda kvalitete u mikrobiološkim laboratorijima.

Ljubazno vas molimo da razmotrite navedenu dodatnu mogućnost s kojom biste uvelike doprinijeli razvoju vašeg laboratorija, ali i boljoj ekonomičnosti i efikasnosti nabave reagenasa i uređaja za koronavirus testiranje.

sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (u nastavku: ZJN) javljamo se kao zainteresirani gospodarski subjekt sa komentarima na objavljeni nacrt dokumentacije o nabavi (u nastavku: DON) u gore navedenom predmetu nabave, kako slijedi:

Ad. 1.

1. U grupi predmeta nabave 4- Reagensi za detekciju 2 gena koronavirusa (COVID-19) uz najam uređaja, za stavku pod rednim brojem 1 napisali ste da tražite reagense za detekciju 2 gena koronavirusa (COVID-19) u okvirnoj količini od 60000 kom. Molimo vas pojašnjenje navedene stavke, odnosi li se količina od 60 000 kom na oba gena ili se navedena stavka odnosi samo na jedan gen? Ukoliko se stavka 1 odnosi na oba gena, molimo vas da se specificira koliko od ukupno 60 000 kom se odnosi na pojedini gen.
2. U navedenom predmetu nabave Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa (COVID-19) i influence, predmet nabave ste podijelili na 6 grupa te uz reagense u grupama 4, 5 i 6 tražite i najam uređaja za PCR testiranje. Za nabavu reagenasa za izolaciju i reagenasa za detekciju koronavirusa, potrebna su vam tri izolacijska uređaja te dodatno tri PCR uređaja za detekciju, što je ukupno šest uređaja za koronavirus testiranje.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa
(COVID-19) i influence

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-20

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

S obzirom na navedeno, ovim putem slobodni smo ukazati da smo kao ponuditelj u mogućnosti ponuditi vam jedan potpuno automatizirani uređaj za detekciju koronavirusa s integriranom izolacijom nukleinskih kiselina, renomiranog svjetskog proizvođača uređaja za IVD molekularnu dijagnostiku s dugogodišnjim iskustvom. Jedan takav uređaj u potpunosti bi zadovoljio vaše potrebe u vidu broja testiranja i kapaciteta te biste umjesto 6 uređaja (tri uređaja za izolaciju i 3 PCR uređaja) imali centralizirano IVD testiranje koronavirusa na jednom uređaju.

Navedeno rješenje za vas znači:

- Brže i efikasnije testiranje korona virusa s kontinuiranim dodavanjem uzoraka
- Potpuna automatizacija testiranja
- Ulaganje u budućnost vašeg laboratorija jer uređaj nije namijenjen samo za koronavirus testiranje, već se na navedenom uređaju mogu odradivati testovi kao što su HIV, HBV, HCV, CMV, HPV, CT/NG i mnogi drugi s obzirom da uređaj nudi mogućnost otvorenog tipa softwarea
- Standardizacija procesa i sljedivost svih uzoraka i rezultata
- Potpuna sigurnost u radu s uređajem, reagensima, potrošnim materijalom i s uzorcima. Uređaj ima potpuno automatiziranu prevenciju kontaminacije što predstavlja jedan od najvažnijih standarda kvalitete u mikrobiološkim laboratorijima.

Ljubazno vas molimo da razmotrite navedenu dodatnu mogućnost s kojom biste uvelike doprinijeli razvoju vašeg laboratorija, ali i boljoj ekonomičnosti i efikasnosti nabave reagenasa i uređaja za koronavirus testiranje.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa
(COVID-19) i influence

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-20

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Ad. 2.

u točki **6.**, dio **VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA** propisali ste samo bankarsku garanciju ili novčani polog kao oblike jamstva za predviđeno **Jamstvo za ozbiljnost ponude**.

Ljubazno molimo da uzmete u obzir visoke troškove koje ove vrste jamstva zahtijevaju, osobito o okolnostima gospodarske krize izazvane pandemijom SARS-COV-2, te dozvolite i druge oblike jamstva koji u jednakoj mjeri pružaju zaštitu, a ne predstavljaju visoke troškove ponuditeljima.

Radi omogućavanja ravnopravnog sudjelovanja svih zainteresiranih ponuditelja u nadmetanju i smanjivanja troška ponuditeljima na razuman nivo, predlažemo propisivanja mogućnosti davanja jamstva u obliku zadužnice, odnosno bjanko zadužnice budući da ona predstavlja vrlo sigurno i učinkovito sredstvo osiguranja.

Napominjemo kako mogućnost uplate novčanog pologa, nije prihvatljivo obzirom na veliki dospjeli dug, te veliku odgodu u plaćanju koji naručitelji u postupcima istog ili sličnog predmeta nabave imaju prema potencijalnim ponuditeljima.

S tim u vezi, molimo da uzmete u obzir kako odabrani ponuditelj ne dobiva nikakvo jamstvo od naručitelja u vidu izvršenja obveze plaćanja, što nije u skladu sa osnovnim načelom ugovornih odnosa – načelom ravnopravnosti ugovornih strana.

Odgovor:

1. 1. Izmijenit ćemo tekst u Grupi 4 te će glasiti: Reagensi za pojedinačnu detekciju E gena koronavirusa (COVID-19).
1. 2. Kako nemamo mogućnost primanja tako velikog uređaja, a s obzirom na trenutnu potražnju u svijetu prepostavljamo da je nemoguće dobiti uređaj u traženom roku ostajemo pri postojećim grupama i manjim uređajima za koje se očekuje da su odmah dostupni.
2. Prihvaćamo Vaš zahtjev kako bismo ponuditeljima smanjili troškove, promijenit ćemo oblik jamstva u bjanko zadužnicu te ćemo dozvoliti dostavu zbirnog jamstva ako ponuditelj dostavlja ponude za više grupe.

S obzirom na nove okolnosti izbrisat ćemo Grupu 3.

U Grupi 5. ćemo promijeniti tekst u troškovniku iz "Reagensi za detekciju 3 gena koronavirusa (COVID-19) istovremeno u jednoj reakciji (IVD test)" u "Reagensi za detekciju 3 gena koronavirusa (COVID-19) ili 2 gena od kojih su oba specifična za SARS-CoV-2, istovremeno u jednoj reakciji (IVD test)".

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
**PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline (RNK) i detekciju koronavirusa
(COVID-19) i influenze**
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-20
**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Stručno povjerenstvo

doc. prim. dr. sc. Vanja Kaliterna, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije

Miloje Adamić, dipl. iur.

Zoran Gudelj, dipl. oec.
