



32104399

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju i detekciju koronavirusa (COVID-19)

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-21

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. NAZIV, SJEDIŠTE I OIB NARUČITELJA: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21 000 Split, 54948902275
2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-21
3. PREDMET NABAVE: Reagensi za izolaciju i detekciju koronavirusa (COVID-19)
4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 3. 12. 2021.
5. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 8. 12. 2021.
6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK: sastanak nije održan
7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU:

Nastavno na predmetni poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima molimo vas da uzmete u obzir sljedeće:

Naručitelj u dva troškovnika traži RT-PCR testove, sljedećih karakteristika:

Reagensi za detekciju 3 gena (E, N i RdRp-gen) SARS-CoV-2 + interna kontrola istovremeno u jednoj reakciji, metodom Real-time RT-PCR unutar jednog sata, za istovremenu obradu 94 uzorka i 2 kontrole (IVD test) – 35.000 testova

Reagensi za detekciju 3 gena (E, N i RdRp-gen) SARS-CoV-2 + interna kontrola istovremeno u jednoj reakciji, metodom Real-time RT PCR unutar jednog sata, za istovremenu obradu do 6 uzoraka + 2 kontrole, bez da se ostatak pločice mora baciti (IVD test) – 35.000 testova

Kako biste omogućili javljanje većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetnom postupku, a time i ekonomski povoljniju ponudu, molimo povratnu informaciju prihvaća li naručitelj izmjenu opisa RT-PCR testa na način da ponuđeni proizvod detektira RdRp ili ORF1ab gen, RdRp je sastavni dio sekvene ORF1ab te izmjena neće utjecati na kvalitetu i specifičnost testa.

Prihvaća li naručitelj sljedeći prijedlog opisa stavki:

Reagensi za detekciju 3 gena (E, N i RdRp ili ORF1ab-gen) SARS-CoV-2 + interna kontrola istovremeno u jednoj reakciji, metodom Real-time RT-PCR unutar jednog sata, za istovremenu obradu 94 uzorka i 2 kontrole (IVD test) – 35.000 testova

Reagensi za detekciju 3 gena (E, N i RdRp ili ORF1ab-gen) SARS-CoV-2 + interna kontrola istovremeno u jednoj reakciji, metodom Real-time RT PCR unutar jednog sata, za istovremenu obradu do 6 uzoraka + 2 kontrole, bez da se ostatak pločice mora baciti (IVD test) – 35.000 testova

Ovako koncipiranim opisom, onemogućeno nam je javljanje na predmet nabave.

Odgovor: Prihvaćamo primjedbu, dodat ćemo tekst „ili ORF1ab-gen“ u Grupama 4, 5 i 6.

Stručno povjerenstvo

doc. prim. dr. sc. Vanja Kaliterna, dr. med., specijal medicinske mikrobiologije i parazitologije

Vinko Zoranić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije

Paul Bohnert, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije

Miloje Adamić, dipl. iur.

Zoran Gudelj, dipl. oec.

*Kel-L
Zoranić
Bohnert
Adamić
Gudelj*

KMSA: 406-02/21-01) 293
MR. BR: 218A-103-01-21-1
SPLIT, 09.12.2021. 1