

**Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije**  
**PREDMET NABAVE: Molekularna dijagnostika respiratornih patogena**  
**EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-23**

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA  
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

- 1. NAZIV, SJEDIŠTE I OIB NARUČITELJA:** Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21 000 Split, OIB: 54948902275
- 2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** 15-23
- 3. PREDMET NABAVE:** Molekularna dijagnostika respiratornih patogena
- 4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:** 14. 11. 2023. g.
- 5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:** 21. 11. 2023. g.
- 6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK:** sastanak nije održan
- 7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU:**

**Zahtjev:**

1. U troškovnicima za grupe 6 i 7 navedeno je da je, kao dokaz da testovi imaju dozvolu za rad u kliničke svrhe, potrebno dostaviti dostaviti stručnu medicinsku literature. Stručna medicinska literatura najčešće je objavljena na engleskom jeziku, a u dokumentaciji o nabavi navedeno je da za dokumente dostavljene na stranom jeziku mora biti dostavljen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Predlažemo da se dozvoli da stručna medicinska literatura može biti dostavljena u originalu na engleskom jeziku.
2. U napomeni troškovnika za grupu 6 navodi se: "U cijenu po jedinici mjere mora se uključiti sve što ulazi u cijenu jednog testa - reagense, kontrole, mikrotitar pločice, naljepnice za pločice i sl. (u ponudi dostaviti popis s izračunom po stavkama za 1 test), osim nastavaka za pipete i epruvete  $16 \times 100$  mm." Obzirom da se traži uređaj sa automatskom pripremom PCR-setup-a, nastavci su vezani na uređaj i poznata je potrošnja nastavaka po uzorku. Predlažemo da se zahtjev oblikuje tako da su nastavci također uključeni u cijenu po jedinici mjere.
3. U napomeni troškovnika za grupu 7 navodi se: \*Cijena testa za 1 uzorak mora biti izračunata za istovremenu obradu uzorka i njemu pripadajućih kontrola (ukupan broj istovremeno testiranih uzoraka i pripadajućih kontrola može biti maksimalno 24)" Obzirom da se traži multipleks PCR za detekciju Bordetella pertussis , Bordetella parapertussis, za RT-PCR uređaj koji može istovremeno obrađivati 1 – 96 uzoraka, pretpostavljamo da se radi o omašci i predlažemo izmjenu "Cijena testa za 1 uzorak mora biti izračunata kao cijena reakcije (ukupan broj istovremeno testiranih uzoraka i pripadajućih kontrola može biti maksimalno 96)"

**ODGOVOR ZA ZAHTJEV 1:**

Djelomično prihvaćamo Vaš zahtjev pa će tekst u dokumentaciji o nabavi glasiti: JEZIK I PISMO: hrvatski jezik i latinično pismo. Za dokumente dostavljene na stranom jeziku mora

**Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije  
PREDMET NABAVE: Molekularna dijagnostika respiratornih patogena  
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15-23**

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA  
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

biti dostavljen prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača za stranicu dokumenta kojom se dokazuje ispunjavanje zahtjeva naručitelja.

**ODGOVOR ZA ZAHTJEV 2:**

Prihvaćamo zahtjev.

**ODGOVOR ZA ZAHTJEV 3:**

Ne radi se o omašci. Uvijek tražimo da se cijena testa za 1 uzorak izračuna na način kao da će se istovremeno raditi 24 testa (2 kontrole i 22 uzorka). Nekad se radi 10 uzoraka, nekad 50 uzoraka, gotovo nikad 94 uzorka istovremeno. Teško je napraviti procjenu.

Za sve molekularne pretrage imamo isti zahtjev - da se cijena testa za 1 uzorak izračuna tako da se uključi izračun na 22 testa plus 2 kontrole - maksimalno 24 testa.

Stručno povjerenstvo:

Izv. prof. prim. dr. sc. Vanja Kaliterna, dr .med.,  
Specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Zoran Gudelj, dipl. oec.

mr. Maja Matas Tepić





